

# 中华人民共和国国家标准

GB 1886.291—2016

食品安全国家标准

食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪

2016-08-31 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国  
国家卫生和计划生育委员会 发布

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪

### 1 范围

本标准适用于由乙二胺和 3-羟基-2-丁酮或丁二酮为原料制得的食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪。

### 2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


#### 2.1 化学名称

2,3-二甲基吡嗪

#### 2.2 分子式

C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>

#### 2.3 结构式



#### 2.4 相对分子质量

108.14(按 2007 年国际相对原子质量)

### 3 技术要求

#### 3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	无色至浅黄色	
状态	液体	将试样置于比色管内,用目测法观察
香气	坚果、可可样香气	GB/T 14454.2

#### 3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
2,3-二甲基吡嗪含量, w/% ≥	98.0	附录 A
折光指数(20 ℃)	1.505~1.509	GB/T 14454.4
相对密度(25 ℃/25 ℃)	1.000~1.022	GB/T 11540

**附录 A**  
**2,3-二甲基吡嗪含量的测定**

**A.1 仪器和设备**

A.1.1 色谱仪:按 GB/T 11538—2006 中第 5 章的规定。

A.1.2 柱:毛细管柱。

A.1.3 检测器:氢火焰离子化检测器。

**A.2 测定方法**

面积归一化法:按 GB/T 11538—2006 中 10.4 测定含量。

**A.3 重复性及结果表示**


按 GB/T 11538—2006 中 11.4 规定进行,应符合要求。

食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪气相色谱图及操作条件参见附录 B。

## 附录 B

食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪气相色谱图及操作条件  
(面积归一化法)**B.1 食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪气相色谱图**

食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪气相色谱图见图 B.1。



**图 B.1 食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪气相色谱图**

**B.2 操作条件**

**B.2.1** 柱:毛细管柱,长 30 m,内径 0.25 mm。

**B.2.2** 固定相:聚乙二醇 20 000。

**B.2.3** 膜厚:0.25  $\mu\text{m}$ 。

**B.2.4** 色谱炉温度:110 °C 恒温 10 min,然后线性程序升温从 110 °C 至 200 °C,速率 10 °C/min,最后在 200 °C 恒温 10 min。

**B.2.5** 进样口温度:240 °C。

**B.2.6** 检测器温度:240 °C。

**B.2.7** 检测器:氢火焰离子化检测器。

**B.2.8** 载气:氮气。

**B.2.9** 载气流速:柱前压 60 kPa。

**B.2.10** 进样量:约 0.2  $\mu\text{L}$ 。

**B.2.11** 分流比:100 : 1。